

ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

БРОЈ: 75-14/2017

ДАТУМ: 30.05.2017.

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Предмет: Одговори на питања у поступку јавне набавке 10 пацијент монитора за потребе Опште болнице Горњи Милановац (јавна набавка мале вредности број 4 у 2017.години)

1. Монитори које планирамо да набавимо мораћемо да користимо и за транспорт критично оболелих пацијената. С обзиром на удаљеност Опште болнице Горњи Милановац од Клиничког центра Крагујевац а нарочито Клиничког центра Србије у Београду неопходно је да интегрисана батерија има капацитет који ће монитору обезбедити што дужи рад.
2. Пацијент монитори у нашим условима морају да буду што лакши јер ће се користити и у случају пратњи пацијената.
3. Ради се о укупном броју кривуља које монитор може да прикаже, није нужно истовремено. Реч је о могућности приказивања 5 одвода ЕКГ-а (што је од користи нпр. при надзору пацијената у коронарној јединици), кривуље пулсне оксиметрије, капнографији, кривуљи артеријског притиска при инвазивном мерењу, температурне кривуље, респираторној кривуљи, кривуљи инхалационих анестетика.

Председник комисије

Владимир Папић