

ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

БРОЈ: 1026

ДАТУМ: 09.11.2020.

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Предмет. Одговор на питања у поступку јавне набавке број 2/2020

Питање: Партија 14-Оперативни катетери троканални-Које запремине треба да буде балон? Да ли је одговарајући балон запремине 80 ml?

Одговор: Прихватљиво је.

Питање: Партија 28-Супрпапубична дренажа. Да ли ћете прихватити као одговарајући сет у величинама ch9,12,15?

Одговор: Прихватљиво је.

Питање: Партија 70-ЈЈ - сонде дужине 26-30 цм, Ch 6-8 са могућношћу задржавања до 1 месеца. Које дужине треба да буде пушер? Да ли је одговарајући пушер дужине 40 цм?

Одговор: Прихватљиво је.

Председник комисије

Владимир Папић